

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VERSIÓN:	V.01.20
CÓDIGO DEL PRODUCTO	7790-RF	
	PAGINA	1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO:	RF SLIDE CON CONTROLES.
MARCA / MODELO:	GIESSE / 7790-RF
FABRICANTE:	GIESSE DIAGNOSTICS
PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO:	ITALIA
PRESENTACIÓN:	KIT x 50 DETERMINACIONES.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Uso: Determinación cualitativa y semicuantitativa del Factor reumatoideo (FR).

Características:

- ✓ Prueba de aglutinación en portaobjetos para la determinación cualitativa y semicuantitativa de Factor reumatoideo en suero humano.
- ✓ Reactivos listos para su uso, contenido del kit con todos los accesorios necesarios para realizar el test.
- ✓ Control positivo y negativo.

Principio:

- ✓ Aglutinación con partículas de látex recubiertas.

Muestra:

- ✓ Suero.

Sensibilidad:

- ✓ 12 (9-15) U/ml.

Efecto prozona:

- ✓ Sin efecto prozona hasta 1500 U/ml.



Intervalo de referencia:

- ✓ 12 U/ml.

Sensibilidad diagnóstica:

- ✓ 98.0%

Especificidad diagnóstica:

- ✓ 97.0 %

Interferencias:

No se observan interferencias de los siguientes analitos hasta las concentraciones indicadas:

- ✓ Bilirrubina < 20 mg./dl.
- ✓ Lipemia y hemoglobina hasta 10 gr./L.



Oficina administrativa: Calle Hernando de Soto N° 220 - 1er. Piso - Urb. Salamanca - ATE - Lima - Perú

Almacén central: Calle Teófilo Castillo N° 568 Urb. Apolo - La Victoria Lima - Perú

Central Telefónica: + 51 329-6739 / + 51 940-425-136

ventas@jericorp.com.pe

cotización@jericorp.com.pe

www.jericorp.com.pe