


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VERSIÓN:	V.20.01
CÓDIGO DEL PRODUCTO	MF-63	
	PAGINA	1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO:	KIT DE PRUEBA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA PARA EL ANTÍGENO DE SARS-COV-2.
MARCA / MODELO:	MICROPROFIT BIOTECH /FLUORECARE SARS-CoV-2
FABRICANTE:	SHENZHEN MICROPROFIT BIOTECH CO., LTD
PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO:	CHINA
PRESENTACIÓN:	CAJA POR 25 PRUEBAS.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
<p>Uso: Las pruebas de antígeno Fluorecare® SARS-CoV-2 (inmunoensayo de fluorescencia) son para el antígeno de detección cualitativa del nuevo corona virus en hisopos nasofaríngeos humanos. Útil como ayuda en el manejo y monitoreo del SARS-CoV-2 infección (COVID-19).</p> 	<p>Método:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inmuncromatográfico. ✓ Cualitativo. <p>Tipo de Muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hisopado Nasofaríngeo. <p>Tiempo de detección:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 15 minutos. <p>Acuerdo Porcentual Positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 92.16 %. <p>Acuerdo Porcentual Negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 100 %. <p>Estado de almacenamiento y fecha de caducidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Almacene el kit de prueba a 2-30 °C en un lugar seco y protéjalo de la luz.

